

## 2023年承德市市场监督管理局器械科现场检查记录

序号	检查时间	被检查单位	企业类型	所属县区	检查类型	检查记录	检查人	处理结果	责令限期改正文书号	当场行政处罚号	备注
1	2023/2/23	河北贤创医疗器械销售有限公司	经营企业	双桥区	监督检查	1、利尔康消毒液50箱等非医疗器械产品存放于3号楼一层器械库； 2、库房无防鼠、防蝇设施； 3、江西洪达医疗器械集团有限公司生产的医用一次性防护服（批号：20221113）直接放于地面，无垫板； 4、现场抽取稳健平安医疗科技（湖南）有限公司生产的一次性使用无菌溶药器带针（批号：批20221028）现场能提供生产企业资质、产品注册证，现场不能提供质量保证协议书、业务员授权委托书； 5、2022年未制定年度培训计划，无相关培训档案。	吕云飞 朱静生	现场指导			
2	2023/2/24	国药器械承德有限公司	经营企业	双滦区	监督检查	1、库房中未设置防鼠、防蚊蝇设施； 2、库房合格品区部分产品垛距、墙距不符合法规要求，部分产品直接存放于地面，摆放不整齐； 3、库房地面部分不平整，有翻砂现象；	吕云飞 朱静生	现场指导			
3	2023/3/3	承德市博实医疗器械有限公司	经营企业	双桥区	监督检查	1、现场查看504库房靠窗墙面有部分墙皮脱落；2、504、505库房部分医疗器械产品着地码放，部分产品码垛墙距、垛距不符合法规要求；3、504、505、506库房均无灭蝇设施。	李昕芮 朱静生	现场指导			